

潢川县人民医院新院区开院运营医疗设备采购项目
拟招标医疗设备技术参数合规性专家论证意见表

一、基本情况

组织审查单位	潢川县人民医院
	信阳硕华工程项目管理有限公司

二、论证设备名称：**多普勒超声诊断仪（经食道探头、侧卧心脏、侧卧腹、侧卧心腔、侧卧心腔）**

三、论证内容：**侧卧产检。**

- 1. 技术参数无排他性、无指向性、合规性审查
- 2. 技术参数其他不合理限制和壁垒审查

四、专家论证意见

参数数量太多，建议大部分可以取消。如《超声彩色多普勒超声诊断仪》有14个星号项。
 一些为品牌独有的功能，建议取消星号或改换为通用名称，如《全数字彩色多普勒超声诊断仪技术参数要求》“具备定量分析功能”改为“具备定量分析及定量分析功能”。
 一些参数要求有品牌及属定量模式。如《全数字彩色多普勒超声诊断仪技术参数要求》中：“17/20级中眼周”改为“彩色多普勒分析及可视化定量功能”。

专家签字：**李红 江一 张岩 熊忠 李元**

日期：**2026.4.10.**