

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	汝阳县人民医院
拟采购产品名称	采购电子胃肠镜系统，包含：主机 1 台、3 条肠镜、2 条胃镜。
拟采购产品金额	2993825.00 元
采购项目所属项目名称	汝阳县人民医院电子胃肠镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	2993825.00 元
二、申请理由	
☐1.中国境内无法获取： ☐2.无法以合理的商业条件获取： ☒3.其他。	
原因阐述： 进口产品具有成像清晰，立体感更强，特别是纤维内镜可视角度大、弯曲度大，使大夫在诊断中观察范围更大。另外进口产品具有特殊光功能，能早期诊查组织癌变，提高大夫准确诊断水平，国产设备目前在临床使用中图像分辨不够高，设备耐消毒能力差，不利于提高我院诊治水平，因此申请采购进口产品。	
三、专家论证意见 此单位拟采购电子胃肠镜，进口产品图像清楚，图像还原性好，观察范围广，具有特殊光功能，可以完成早癌精查。国内同类产品尚不能达到此单位临床工作需求，建议采购进口产品。	
专家签字：李斌	
2026 年 9 月 30 日	

本表专家一人一表填写论证意见并签字