

单一来源采购专家论证意见表

| | |
|--------------|--|
| 采购单位 | 延津县人民医院 |
| 项目名称 | 延津县人民医院 GE IGS530 DSA 球管项目 |
| 项目金额 | 125 万元 |
| 供应商名称 | 国控创服医疗技术（河南）有限公司 |
| 专家 3 论证意见 | <p>专家姓名: <u>王建洲</u> 职称: <u>主任医师</u> 工作单位: <u>河南医药大学第二附属医院</u></p> <p>因球管球管是机器的核心部件, 对机器有严格的精度匹配性要求, 其他生产厂家的球管不论与主机匹配, 若使用不与主机匹配的球管, 将严重影响图像质量及机器的使用寿命。鉴于此, 必须使用原装球管, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的规定, 同意进行单一来源采购。</p> <p style="text-align: right;"><u>王建洲</u> 2026.04.15</p> |