

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	延津县人民医院
项目名称	延津县人民医院 GE IGS530 DSA 球管项目
项目金额	125 万元
供应商名称	国控创服医疗技术（河南）有限公司
专家 1 论证意见	<p>专家姓名：孙利伟 职称：副高 工作单位：新乡市中心医院</p> <p>球管如血管机重要核心部件，该设备价值高，技术水平先进，配件的匹配对图像质量运行状态起着非常重要的作用，具有唯一性要求。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条第一款，只能从唯一供应商处采购，同意进行单一来源采购。</p> <p>孙利伟 20.4.15</p>