

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 张亚明                                                                                        |                    |
|          | 职称: 教授                                                                                         |                    |
|          | 工作单位: 河南科技大学                                                                                   |                    |
| 项目信息     | 项目名称: 汝阳县中医院 64 排 CT 球管采购项目                                                                    |                    |
|          | 项目预算金额: 180 万元                                                                                 |                    |
|          | 供应商名称: 河南融成医药有限公司                                                                              |                    |
| 专业人员论证意见 | 汝阳县中医院 64 排 CT 球管采购项目为该院原装进口整机的配套产品, 型号: D3887T。该配套产品只能与原装进口整机配套使用, 否则无法匹配使用, 故建议通过单一来源方式进行采购。 |                    |
| 专业人员签字   | 张亚明                                                                                            | 日期 2024 年 1 月 19 日 |